

MYCIE I DEZYNFEKCJA STOMATOLOGICZNYCH SYSTEMÓW SSĄCYCH

DENTASEPT Aspiration AF+

MYCIE I DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW SSĄCYCH

Wydajny, płynny koncentrat dedykowany jest do codziennego mycia i dezynfekcji wszystkich typów stomatologicznych systemów ssących, separatorów amalgamatu i spluwaczek w unitach stomatologicznych.

- Niepieniący
- Ekonomiczny roztwór 2% - 5 l koncentratu zapewnia 250 l roztworu roboczego
- Skuteczny już w 15 minut - działa bójczo na wszystkie wirusy osłonkowe



LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

DENTASEPT Aspiration AF+

Mycie i dezynfekcja systemów ssących

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Przezroczysty fioletowy płyn
- Gęstość: 1,062 w 20°C
- Wartość pH nierozcieńczonego produktu w 20°C: 10,7
- Wartość pH roztworu 2%: 10,9

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Butelka o pojemności 5 l: Należy aktywować załączoną pompkę przed pierwszym użyciem. Po zakończeniu pracy przygotować 2 litry roztworu roboczego za pomocą Dentasept ASP System.



Rozcieńczyć do 2% (40 ml na 2 l wody).



Delikatnie wstrząsnąć Dentasept ASP System, aby wymieszać roztwór.



Podłączyć Dentasept ASP System do systemu ssącego i odessać roztwór roboczy. Aby osiągnąć skuteczność mikrobiobójczą, potrzeba co najmniej 15 minut. Roztwór można pozostawić w systemie na noc.



Aby zakończyć procedurę, napełnij Dentasept ASP System co najmniej 1 l czystej wody i odessaj, aby przepłukać system.

Należy wymieniać roztwór roboczy co najmniej raz dziennie. Każde długotrwałe wystawienie na działanie wysokiej temperatury (>35°C) może spowodować zmianę koloru bez zmiany właściwości mikrobójczych preparatu.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE	CZAS DZIAŁANIA
Bakteriobójczy* zgodnie z EN 13727 i EN 14561	1%	15 min
Drożdżakobójczy* zgodnie z EN 13624 i EN 14562	1%	15 min
Bójczy wobec prątków gruźlicy* według EN 14348 i EN 14563	1,6%	60 min
Skuteczny wobec wirusów osłonkowych* zgodnie z EN 14476 i EN 17111	2%	15 min

*=warunki brudne

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Dentasept Aspiration AF+	3 x 1 l butelka	3127220
Dentasept Aspiration AF+	1 x 5 l kanister z pompką	3127720
Dentasept ASP System	1 szt.	10055617

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Mycie i dezynfekcja układów ssących w stomatologii. Kompatybilny z różnego rodzaju systemami ssącymi. Nie pieni się.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Butelka o pojemności 5 l: Należy aktywować załączoną pompkę przed pierwszym użyciem. Po zakończeniu pracy przygotować 2 litry roztworu roboczego za pomocą Dentasept ASP System.

1. Rozcieńczyć do 2% (40 ml na 2 l wody).
2. Delikatnie wstrząsnąć Dentasept ASP System, aby wymieszać roztwór.
3. Podłączyć Dentasept ASP System do systemu ssącego i odessać roztwór roboczy. Aby osiągnąć skuteczność mikrobiobójczą, potrzeba co najmniej 15 minut. Roztwór można pozostawić w systemie na noc.
4. Aby zakończyć procedurę, napełnij Dentasept ASP System co najmniej 1 l czystej wody i odessaj, aby przepłukać system.

Należy wymieniać roztwór roboczy co najmniej raz dziennie. Każde długotrwałe wystawienie na działanie wysokiej temperatury (>35°C) może spowodować zmianę koloru bez zmiany właściwości mikrobójczych preparatu.

SKŁAD

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina., związki powierzchniowo czynne, związek chelatujący, barwnik i substancje pomocnicze.

PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOKUMENTACJA

Wyrób medyczny. Dokumentacja produktu Dentasept Aspiration AF+ dostępna na życzenie.

WYROBÓW MEDYCZNYCH UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

CE 0459
D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

© 2025 Ecolab. All rights reserved. HC-IR-A.DA.AF-5017-1-PL-0725

2536EXD3

9931