Aniosyme X3



Mycie i dezynfekcja wstępna narzędzi medycznych

Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi

- Opatentowana formuła
- Kompleks trzech enzymów
- Nie powoduje korozji materiałów



ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

NARZĘDZIA

Aniosyme X3

Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi

Właściwości produktu

- Udowodniona skuteczność (DCP*)
  *ang. Degreasing Cleaning Power
  Odtłuszczająca Moc Myjąca
- Neutralne pH: kompatybilne ze stopami metali
- Formuła nie zawierająca chlorków: nie powoduje korozji materiałów
- Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych
- Niebieski płyn
- Wartość pH roztworu przygotowanego (0.5%) w wodzie wodociągowej: ok. 7,5

Instrukcja użycia



Koncentrat. Należy aktywować załączoną pompkę przed pierwszym użyciem. Należy stosować przez zanurzenie przy wymaganym stężeniu, z zachowaniem czasu kontaktu. Sprzęt medyczny należy w pełni zanurzyć.



W trakcie dezynfekcji przez zanurzenie wannę z roztworem dezynfekcyjnym należy przykryć pokrywą. W razie potrzeby doczyścić szczoteczką.



Dokładnie spłukać zdezynfekowane wyroby medyczne wodą wodociągowa, aby usunąć wszelkie pozostałości preparatu i zabrudzeń organicznych.



Aby zachować skuteczność produktu, należy wymieniać roztwór roboczy zawsze, kiedy jest widocznie zanieczyszczony, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

Wyniki badań mikrobiologicznych

Spektrum działania	Stężenie	Czas działania
Bakteriobójczy* zgodnie EN 13727/EN 14561	0.5%	7 min
Drożdżakobójczy* zgodnie EN 13624/EN 14562	0.5%	30 min
Skuteczny wobec wirusów osłonkowych* According to EN 14476/EN 17111	0.5%	7 min

*=Warunki brudne

Dostępne opakowania

Produkt	Ilość	Kod produktu
Aniosyme X3	12 but. x 1 L	3119940
Aniosyme X3	2 kan. x 5 L kanister kompatybilny z urządzeniami dozującymi DG	3119980
Aniosyme X3	4 kan. x 5 L kanister + pompka 25 mL	3119960

Obszar zastosowania

Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, przed ich sterylizacją.

Instrukcja użycia

1. Koncentrat. Należy aktywować załączoną pompkę przed pierwszym użyciem. Należy stosować przez zanurzenie przy wymaganym stężeniu, z zachowaniem czasu kontaktu. Sprzęt medyczny należy w pełni zanurzyć.
2. W trakcie dezynfekcji przez zanurzenie wannę z roztworem dezynfekcyjnym należy przykryć pokrywą. W razie potrzeby doczyścić szczoteczką.
3. Dokładnie spłukać zdezynfekowane wyroby medyczne wodą wodociągowa, aby usunąć wszelkie pozostałości preparatu i zabrudzeń organicznych.
4. Aby zachować skuteczność produktu, należy wymieniać roztwór roboczy zawsze, kiedy jest widocznie zanieczyszczony, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

Skład

Czwartorzędowy propionian amonowy, Diglukonian chlorheksydyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza i amylaza), substancja zapachowa, barwniki, substancje pomocnicze.

Przechowywanie

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dokumentacja

Wyrób medyczny. Dokumentacja produktu Aniosyme X3 dostępna jest na życzenie.

Stosuj ostrożnie wyrób medyczny

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

CE 0459

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Dystrybutor:

ECOLAB SP. Z O.O. (PL, LT, LV, EE)
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2026 Ecolab USA Inc. All rights reserved. HC-IR-A.X3-5016-2-PL-0926

2633EXC1

9932