



## MYCIE I DEZYNFEKCJA WYROBÓW MEDYCZNYCH

### SURFANIOS Premium

#### MYCIE I DEZYNFEKCJA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Mycie i dezynfekcja nieinwazyjnych wyrobów medycznych przed użyciem i zgodnie z instrukcją stosowania.

- Podwójne działanie: Połączenie skuteczności mycia i dezynfekcji w jednym etapie
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego przy krótkich czasach działania
- Czynniki chelatujące łatwo ulegające biodegradacji



# SURFANIOS Premium

Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych



Surfanios Premium  
Kanister 5 L



Surfanios Premium  
Butelka 1 L

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Roztwór o barwie zielonej
- Wartość pH koncentratu: 10,9
- Wartość pH dla roztworu 0,25%: ok. 8,5
- Gęstość w temp. 20°C: 1,009 g/ml
- Współczynnik refrakcji: 1,3587

## WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE	CZAS DZIAŁANIA
Bakteriobójczy według: EN 13727* (5 min; 0,25%), EN 16615* (15 min; 0,25%)	0,25 %	15 min
Drożdżakobójczy według: EN 13624* (15 min; 0,25%), EN 16615* (15 min; 0,25%)	0,25 %	15 min
Bójczy wobec prątków gruźlicy - zgodnie z EN 14348*	0,5 %	30 min
Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476*	0,25 %	5 min
Ograniczone spektrum działania wirusobójczego wg EN 14476*	2,0 %	30 min
EN 14476* Adenowirus	1,0 %	30 min
EN 14476* Norowirus (MNV)	1,0 % / 2,0 %	60 min / 30 min

\* warunki brudne

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
SURFANIOS Premium (butelka z dozownikiem 20 ml)	12 x 1 l	3113890
SURFANIOS Premium	4 x 5 l	3113910

## OBSZAR ZASTOSOWANIA

Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych.

Mycie i dezynfekcja nieinwazyjnych wyrobów medycznych przed użyciem i zgodnie z instrukcją stosowania.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Koncentrat.

Rozcieńczyć koncentrat wodą do pożądanego stężenia.

Przykładowo, aby uzyskać roztwór o stężeniu 0,25% (2,5 ml/l), dodaj 20 ml do ciepłej (maks. 60°C) lub zimnej wody i dopełnij do 8 litrów.

Stosować w w odpowiedniej ilości (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>).

Przestrzegać zalecanego czasu działania dla uzyskania pożądanego działania mikrobójczego.

Splukać dokładnie wodą wodociągową, aby usunąć wszelkie pozostałości produktu.

Częstotliwość stosowania jest uzależniona od planu higieny obowiązującego w danej placówce.

## SKŁAD

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (Nr CAS 2372-82-9: 51 mg/g), Chlorek didecyldimetyloamonowy (Nr CAS 7173-51-5: 25 mg/g), niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, substancje zapachowe, barwnik i substancje pomocnicze.

## DOKUMENTACJA

Wyrób medyczny.

Dokumentacja produktu SURFANIOS Premium dostępna na życzenie.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

## WYROBY MEDYCZNE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA  
PROFESJONALNEGO.